

外科手术止血装置（消融电极）等项目采购公示

北京八大处整形医疗科技集团有限公司因工作需要，拟于近期为下属各医疗子公司采购外科手术止血装置（消融电极）项目召开谈判议价会，请有意参与的供应商在规定的期限内报名。

一、报名时间、报名方式、联系人

1. 报名时间：2026年3月31日至2026年4月7日16时

2. 报名方式：电话报名，确认后发送资质电子版

（需汇成一个PDF文件，备注项目名称、公司名称、联系人、联系电话）

3. 邮箱：disigongsi@outlook.com

4. 联系人：庞燕云 18911153127

二、资质要求（加盖单位公章）

1. 国产产品资质要求：

1.1 生产商给医院供应商的销售/产品授权书

1.2 生产商及医院供应商营业执照

1.3 医院供应商法人给销售人员的项目授权书

1.4 销售人员身份证正反面复印件

1.5 国产产品注册证/备案证

1.6 国内生产商医疗器械生产许可证

1.7 医院供应商医疗器械经营许可证

1.8 其他与本次产品介绍相关的资质材料（如有可提供）

2. 进口产品资质要求：

2.1 国外生产商给中国区总代/子公司的销售/产品授权书

2.2 中国区总代/子公司给医院供应商的销售/产品授权书

2.3 中国区总代/子公司营业执照

2.4 医院供应商营业执照

2.5 医院供应商法人给销售人员的项目授权书

2.6 销售人员身份证正反面复印件

2.7 进口产品注册证/备案证

2.8 医院供应商医疗器械经营许可

2.9 其他与本次产品介绍相关的资质材料

三、产品要求

(一) 外科术中止血装置通用要求

1. 符合最新行业标准及国标，与高频手术设备或吸引器配套使用，供手术时对组织进行消融、止血、电切、电凝、吸引、剥离使用，要求连接稳定，接触电阻小，工作稳定无干扰。

2. 产品类别：单极（电刀笔）、双极电凝镊及钨针。各类可包括非伸缩型、可伸缩型，照明型、吸烟型等。

3. 长度可根据使用需要选择并调整，参考值 100mm-250mm。

4. 一次性使用，无菌包装提供，无热原、无致敏，灭菌有效期 ≥ 2 年。

(二) 外科术中止血装置分项要求

1. 一次性使用电刀笔及电刀刀头。

1.1 材质采用医用不锈钢，导电性能良好，组织切割顺畅，不易粘连。

1.2 刀头形态包括：尖头，刃形，满足不同手术需求。

1.3 可带伸缩、吸烟、吸引功能。

1.4 表面光滑无毛刺，术中对组织损伤小，止血效果稳定。

2. 一次性双极电凝镊

2.1 材质：镊尖采用高硬度银涂层，镊体采用医用不锈钢，弹性适中，夹持稳定。

2.2 结构：直型、枪状型、滴水型可选，镊尖精细，放电均匀，止血精准。

2.3 功能：组织热损伤小，无粘连，不焦痂，适用于微小血管及精细组织止血。

2.4 规格：镊尖宽度 0.1~1.0mm，满足不同手术部位需求。

3. 一次性使用钨针

3.1 采用高纯度医用钨合金材质，熔点高、硬度高、低功率即可高效切割。

3.2 针尖锋利，直径细小，热损伤范围小，适用于精细剥离与微小血管止血。

3.3 可提供直型、弯型等多种角度规格，伸缩长度（参考值）40mm~140mm。

3.4 可带伸缩吸烟功能。

(三) 一次性中性电极（电刀负极板）要求

1. 与高频手术设备配套，为高频电流提供低电流密度的安全返回回路，防止患者皮肤灼伤。

2. 执行标准:符合最新行业标准和国标中高频手术设备的基本安全和专用要求。

3. 材质与工艺:采用医用高粘力凝胶,防水、防汗、防脱落,背衬平整无褶皱,导电胶涂布均匀无气泡,粘贴性好无残留,剥离时无残胶,不伤皮肤。

4. 接触阻抗: $\leq 50 \Omega$ (满载 200mA 时)。

5. 有效面积:依据国标及行业规范,成人型: $\geq 130.5 \text{ cm}^2$, 儿童型: $\geq 70.5 \text{ cm}^2$, 婴幼儿型: $\geq 65 \text{ cm}^2$ 。

6. 兼容性:接口为通用型,兼容国内外主流品牌高频电刀,可带线/不带线。

7. 产品包装:一次性使用,包装上需清晰标注注册证号、有效期、批号、规格。

四、商务要求

1. 报价为落地总价,包含货物、配送、税费、售后服务、质保等全部费用。

2. 按集团指定时间、地点配送,严禁供应临期、过期、不合格产品。

3. 随货提供产品合格证明、检验报告、技术说明书等全套资料。

4. 严格执行国家医疗器械法规,及时处理不良事件、质量投诉及退换货。

5. 报名时提供产品清单;谈判会当天请将样品带到现场。